

Opatów, dnia 1 kwietnia 2020

Znak: SL/13/ZP/2020

### **Wszyscy Wykonawcy**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia okulistycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie. Znak postępowania: SL/13/ZP/2020, ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 526255-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

W związku z otrzymanymi przez Zamawiającego w dniu 31 marca 2020r. (wtorek) pytaniami – uwagami, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986, ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1** – Czy w Poz. 2 Zamawiający dopuści lampę szczelinową bez wbudowanego filtra żółtego - filtr dostarczany oddzielnie?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

*Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 2** - Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści stolik z blatem o wymiarach: 860mm x 430mm, z wysokością regulowaną elektrycznie w zakresie 730mm - 930mm (tolerancja +/- 10 mm)?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

*Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 3** - Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści oprawki próbne z zakresem PD: 48-80mm, z pełną regulacją: podstawy nosa, długości zauszniczków, rozstawu źrenic, z obrotem cylindra i możliwością jednoczesnego zainstalowania 4 szkieł próbnych?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

*Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 4** - Czy w poz. 16 Zamawiający dopuści unit o wymiarach: szerokość : 1080mm - 1460mm, głębokość: 1500mm, wysokość: 1810mm;

- wysokość blatu od podłogi: 880mm - 980mm
- wymiar blatu: 440mm x 900mm
- ruch fotela góra/dół 200mm
- wysokość fotela od podłogi: 500mm - 700mm

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

*Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 5** - Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści przenośny pachymetr rogówkowy o parametrach jak poniżej:

- Prędkość ultradźwiękowa dla rogówki: 1,640 m/s (1,400 do 2,000 m/s)
- grubość rogówki: sonda : 150 do 1,200µm; Sonda z końcówką jednorazową: 150 do 1,200µm
- Dokładność pomiaru:  $\pm 5\mu\text{m}$
- Min. wyświetlana jednostka :  $1\mu\text{m}$
- Typ sondy: Stand. sonda: Typ pełny /kąt 45 st. - Disposal tip type Probe : Typ pełny/ kąt 45 st, prosty
- Częstotliwość przetwornika: 20MHz +/-20%
- Dołączona drukarka termiczna
- Ekran : STN ciekłokrystaliczny, 2.7 cala, czarno-biały
- Wymiary/ waga: 118(W) $\times$ 207(D) $\times$ 59(H)mm/530g
- Pobór mocy : 9V DC 20VA
- Adapter AC Napięcie i częstotliwość : 100-240V-, 47-63Hz
- Bateria: Litowa, Pojemność 1,000mAh, Napięcie znamionowe 3.7V

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

*Zamawiający dopuszcza.*

*Artur Kubas*

*Prezes Zarządu*

*(-)*

*(na oryginale podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego)*