

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa i montaż histeroskopu operacyjnego wraz z oprzyrządowaniem do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 4 zaproszenia do składania ofert:

W wyniku modyfikacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 4 Zamawiający dodaje zapis;

- Histeroskop operacyjny musi być kompatybilny z zestawem laparoskopowym EV 3.0 2D firmy Aesculap Chifa oraz diatermią EMED 22 0665