

Opatów, 25.08.2020 r.

Znak: SL/25/ZP/2020

- Wszyscy Wykonawcy –

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na zadanie: „Zakup i dostawa ambulansu medycznego typu B – 1szt., Znak postępowania: SL/25/ZP/2020; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 576172-N-2020 z dnia 2020-08-19 r.

W związku z otrzymanymi przez Zamawiającego w dniu 24 sierpień 2020 r. (poniedziałek) pytaniami – uwagami, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986, ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy Nosze główne:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne posiadające zamiast podgłówka umożliwiającego przedłużenia powierzchni leża, zagłówek umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga noszy o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 3

Pytanie 2:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne z transporterem renomowanego europejskiego producenta bez fabrycznej półki, ale o takiej konstrukcji transportera, która umożliwia umieszczenie sprzętu medycznego, rzeczy pacjenta, dokumentacji medycznej itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga noszy w fabryczną półkę o nośności min 15 kg

Pytanie 3:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze z transporterem posiadający funkcję ALS, która ułatwia podniesienie transportera na odpowiednią wysokość (7 pozycji) bez potrzeby używania dodatkowych dźwigni, przycisków lub blokad, dzięki czemu ręce operatorów cały czas znajdują się na rączkach służących do podniesienia noszy co podnosi bezpieczeństwo pacjenta i chroni przed przypadkowym opuszczeniem, zamiast opisanego przez Zamawiającego systemu sprężyn gazowych?

Mając na uwadze maksymalną funkcjonalność noszy reanimacyjnych oraz fakt, iż nosze to najważniejszy element medycznego wyposażenia, używany kilkakrotnie w przeciągu doby przez ZRM, podkreślamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie podnoszenia noszy z system ALS jest lepsze i bezpieczniejsze niż to opisanie przez Zamawiającego, czyli ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. Siłowniki gazowe nadają się do płynnego regulowania oparcia pleców, czy nóg, ale w przypadku podnoszenia pacjentów powyżej 100 kg (Zamawiający wymaga noszy o udźwigu powyżej 200 kg) narażają na ryzyko szybkiego uszkodzenia. W trakcie eksploatacji, często dochodzi do awarii sprężyn gazowych co stanowi zagrożenie dla pacjenta i załogi ZRM, ponadto serwis sprężyn gazowych narazi Zamawiającego na wysokie koszty napraw, ponieważ jest to jedna z kosztowniejszych części noszy, która ulega częstym usterkom.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga noszy o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 3

Pytanie 4:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne rozłączne renomowanego europejskiego producenta posiadające zamiast wymaganej i opisanej przez Zamawiającego regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę jedną wysokość najazdu, dzięki czemu uniknie się dodatkowych kosztów związanych z naprawami tego elementu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga transportera noszy z regulacją długości goleni przednich.

Pytanie 5:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne wyposażone w zintegrowane z ramą transportera uchwyty do prowadzenia, bez dodatkowych uchylnych uchwytów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga transportera wyposażonego w dodatkowe uchylne uchwyty

Pytanie 6:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga, aby funkcja prowadzenia noszy bokiem była dostępna poza budynkami, w terenie otwartym, funkcja ta znacznie ułatwi transport pacjenta z i do karetki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga noszy o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 3

Pytanie 7:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 160 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu, miękkim terenie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dostarczenia noszy wyposażonych w kółka o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 3

Pytanie 8:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 12 września 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu oraz sprzętu medycznego spełniającego wymogi aktualnych norm PN EN 1789 oraz 1865

Pytanie 9:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio **PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015?**

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone

w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. **Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm**, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko **niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nasze reanimacyjne spełniają**

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów opisanych w SIWZ oraz w załączniku nr 3

Dotyczy Fotel kardiologiczny:

Pytanie 10:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści fotel kardiologiczny o wadze 19 kg i szerokości 55cm spełniające pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fotela kardiologicznego o minimalnych parametrach opisanych w załączniku nr 3

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, bez amortyzacji, z regulacją w 3 płaszczyznach, elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego i z fabrycznym systemem podgrzewania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga foteli w konfiguracji opisanej w załączniku nr 3

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, bez regulacji lędźwiowej, z regulacją w 3 płaszczyznach i fabrycznym systemem podgrzewania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga foteli w konfiguracji opisanej w załączniku nr 3

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,10 m, szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga długości przedziału medycznego min 3,25m i szerokości min 1,7 m

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN 1789 pkt. 4.5.2.3 i wymogiem NFZ posiadające wysokość przejścia 165 cm, na potwierdzenie czego ambulans posiada Certyfikat Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wysokości drzwi pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy o wysokości min 1,7 m

Pytanie 15:

Prosimy o dopuszczenie ambulansu bez szyby u drzwi lewych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga lewych drzwi przesuwnych bez szyby

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności ambulans posiadający automatycznie chowany stopień antypoślizgowy, umożliwiający bezpieczne wchodzenie i wnoszenie pacjenta na krzesła przy prawych drzwiach bocznych nie zmniejszający prześwitu pojazdu, a zdecydowanie lepiej ułatwiający wchodzenie niż stopień stały ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stopień automatyczny w drzwiach bocznych przesuwnych.

Pytanie 17:

Czy dopuszcza się ambulans z czujnikami ciśnienia powietrza montowanymi na etapie zabudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania czujniki ciśnienia w oponach na etapie zabudowy.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik, zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 121 kW (165 KM) i momencie obrotowym 380 Nm spełniający normę emisji spalin Euro VI?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu o parametrach silnika opisanego w załączniku nr 3.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochod w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu ze stabilizatorem osi tylnej.

Pytanie 20:

Czy dopuszcza się ambulans z regulacją kierownicy w minimum jednej płaszczyźnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu z regulacją kierownicy w dwóch płaszczyznach.

Pytanie 21:

Czy zamawiający ambulans z lepszym rozwiązaniem dwuparnikowej klimatyzacji przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. Rozkład wylotów w przedziale medycznym znajduje się, nad przejściem z przedziału medycznego do kabiny kierowcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu wyposażonego w klimatyzację w konfiguracji opisanej w załączniku nr 3

Pytanie 22:

Prosimy o rezygnację z zapisu wymagania miejsca i systemu mocowania plecaka ratunkowego z dostępem z zewnątrz przedziału medycznego. Proponujemy rozwiązanie umieszczania plecaka ratunkowego pod blatem roboczym, co jest stosowane i polecane przez większość.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu z miejscem i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego.

Pytanie 23:

Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans wyposażony w schowek za lewymi drzwiami przesuwными na: butle tlenowe, materac próżniowy, kamizelkę KED? Miejsce mocowania deski ortopedycznej, noszy zbierakowych we wnętrzu przedziału medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby deska ortopedyczna oraz nosze zbierakowe były montowane w zewnętrznym schowku.

Pytanie 24:

Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans wyposażony w okno dachowe z przyciemnianą szybą pełniące funkcję doświetlenia?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w okno dachowe z przyciemnianą szybą.

Pytanie 25:

Czy zamawiający dopuści ambulans zgodny z normą PN EN 1789 wyposażony w stałą przegrodę działową z oknem do komunikacji między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym w czasie postoju jak i jazdy. Rozwiązanie takie ułatwia zapobieganiu przenoszeniu zarazków z przedziału medycznego do kabiny kierowcy co ma szczególne znaczenie w czasach walki z Covid 19.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu wyposażonego w drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym.

Pytanie 26:

Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 71 litrów?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w zbiornik o pojemności 71 l

Pytanie 27:

Czy zamawiający dopuści ambulans o konfiguracji zabudowy ściany działowej:

- szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wykonana z materiału odpornego materiału ABS, wyposażona w 5 szuflady, mocowanie do pojemnika na zużyte igły,

- z miejscem i system mocowania plecaka ratunkowego,
- stały fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym siedziskiem przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy wyposażony w zagłówek oraz bezwładnościowy pas bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia,
- szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków,

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu w konfiguracji ściany działowej opisanej w załączniku nr 3.

Pytanie 28:

Czy zamawiający dopuści ambulans o konfiguracji zabudowy ściany prawej:

- trzy podsufitowe szafki z frontami otwieranymi do góry wykonanymi z materiału ABS, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów,
- jeden fotel kardiologiczny wpinany w podłogę z mocowanie zgodnym z PN EN 1789 wykonany z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących. Wyposażony w 4 kółka transportowe o średnicy min. 120 mm, w tym dwa z blokadą obrotu. Wyposażony w teleskopowo wydłużane przednie uchwyty transportowe z regulacją długości. Wyposażony w składane tylne uchwyty transportowe. Siedzisko wykonane z mocnego materiału odpornego na bakterie, zmywalnego, odpornego na dezynfekcję. Wyposażony w pasy szelkowe zabezpieczające, umożliwiające ich szybkie rozpięcie. Waga wotela 19 kg, szerokość 55 cm, dopuszczalne min obciążenie 250 kg.
- rampa najazdowa umożliwiająca wprowadzenie fotela przez jedną osobę

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu w konfiguracji ściany prawej opisanej w załączniku nr 3.

Pytanie 29:

Czy zamawiający dopuści ambulans o konfiguracji zabudowy ściany lewej:

- pięć podsufitowych szafek z z frontami otwieranymi do góry wykonanymi z materiału ABS, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, ,
- na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego,
- system szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna);

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu w konfiguracji ściany lewej opisanej w załączniku nr 3

Pytanie 30:

Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy wyposażony w elastyczny silnik zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim o mocy 143 KM i momencie obrotowym 330 Nm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu o parametrach silnika opisanego w załączniku nr 3.

Pytanie 31:

Czy zamawiający dopuści pojazd z napędem na koła tylne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ambulansu z napędem przednim.

Pytanie 32:

Czy zamawiający dopuści system sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w :

- wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym,
- funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym,
- funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania,
- funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny,
- funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz pojazdu,
- funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych,
- funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego,
- funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st.,
- funkcję sterowania wentylatorem,
- funkcję sterowania termoboxem,

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga systemu sterującego opisanego w załączniku nr 3

Pytanie 33:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej i ułożenie na wznak?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności nosze wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej i ułożenie na wznak.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter posiadające 7 poziomów wysokości bez wspomagania siłownikami gazowymi ale posiadające system wspomagania polegający na blokadzie noszy na każdym poziomie bez potrzeby przyciskania dodatkowych uchwytów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga transportera wyposażonego w wspomaganie siłownikami gazowymi.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter posiadający inne rozwiązanie techniczne niż opisane w SIWZ polegające na automatycznym systemie dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie bez potrzeby regulacji wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga transportera noszy z regulacją wysokości goleni przednich.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze posiadające w dodatkowe chowane uchwyty, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych zamiast transportera posiadającego dodatkowe chowane uchwyty, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania nosze posiadające dodatkowe chowane uchwyty, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych

Pytanie 37:

Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SIWZ wyartykułowane w treści poniższych pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego oraz ze względu na trwający sezon urlopowy oraz pandemię spowodowaną wirusem COVID-19, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień **09.09.2020 r. godz. 14:00**.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 40:

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiającą zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 41:

W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy dodanie zapisów wskazanych poniżej w § Postanowienia końcowe oraz w § Zawiadomienia:

„§ ____

Zawiadomienia

1. *Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:*
 - 1) *za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo*
 - 2) *za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:*

<i>Strona:</i>	<i>Adres e-mail:</i>
<i>Wykonawca</i>	
<i>Zamawiający</i>	

2. *W celu uniknięcia wątpliwości:*
 - a) *wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;*
 - b) *wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);*
3. *Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.*
4. *Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:*
Wykonawca:
Zamawiający:

§ ____

Postanowienia końcowe

1. *Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:*
 - 1) *formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;*
 - 2) *formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
2. *W razie wyboru formy elektronicznej:*
 - a. *oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający: _____, Wykonawca: _____;*
 - b. *wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w*

następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. *W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszego Aneksu wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.*
4. *Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.*
5. *W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.*
6. *W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.*
7. *W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią."*

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 42:

Prosimy o udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów:

- 1) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (wystawione nie wcześniej niż 60 dni przed datą udostępnienia);
- 2) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (wystawione nie wcześniej niż 60 dni przed datą udostępnienia);
- 3) informacja o zadłużeniu w innych bankach lub/i instytucjach finansowych obejmująca: nazwę wierzyciela, produkt, kwotę udzielonego finansowania oraz pozostałego do spłaty, wysokość miesięcznych rat kapitałowych, zabezpieczenie;
- 4) upoważnienie do weryfikacji w bazie BIG;
- 5) informacja o należnościach i zobowiązaniach handlowych przeterminowanych > 90 dni (wraz z kwotą i nazwą dłużnika/wierzyciela, którego udział przekracza 10%);
- 6) Sprawozdanie finansowe [bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa] za 2 ostatnie pełne lata sprawozdawcze;

- 7) Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości];
- 8) Sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok sprawozdawczy;
- 9) Opinia i raport (lub sprawozdanie) biegłego rewidenta za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane przepisami prawa) albo wydruk z KPiR za ostatnie 2 pełne lata obrachunkowe; wydruk z KPiR za ostatni zakończony kwartał kalendarzowy;
- 10) Deklaracje PIT za ostatni zakończony rok kalendarzowy, wraz z potwierdzeniem przyjęcia/wysłania do US.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43:

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

„§____

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:
 - a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;
 - b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
 - c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;
 - d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
 - e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.
6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.
8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej):

„Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania do Wykonawcy dokumentów, informacji i sprawozdań finansowych dotyczących Zamawiającego:

- a) kwartalne sprawozdania finansowe – w formie bilansu, rachunku zysków i strat lub w formie F-01 w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego (z zastrzeżeniem, że dokumenty za IVQ danego roku obrotowego powinny być dostarczone w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego)
- b) roczne sprawozdanie finansowe - w formie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z działalności Zarządu, informacji dodatkowej do sprawozdania, przepływów pieniężnych (jeśli dotyczy), raport i opinię biegłego (jeśli sprawozdanie podlega badaniu). W przypadku, jeśli sprawozdanie Zamawiającego podlega badaniu przez biegłego, Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia w okresie finansowania ww. sprawozdań zbadanych przez biegłego łącznie z raportem i opinią corocznie, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 46:

Prosimy zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że oferty w postępowaniu mogą być składane zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Zapisy SIWZ w powyższym zakresie są ze sobą sprzeczne. W Rozdziale 8 pkt 10 napisano, że: "**Droga elektroniczna nie dotyczy składania i uzupełniania m.in. oferty**, formularza cenowego, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu.....", a w Rozdziale 11 pkt 16 napisano, że "**Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy** dostępnej pod adresem <https://szpitalopatow.ezamawiajacy.pl>". Podobne rozbieżności występują też w innych częściach SIWZ. Prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż oferty w postępowaniu mogą być składane zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej.

Pytanie 47:

Prosimy o wprowadzenie zmiany w rozdziale 4 SIWZ, w pkt 1 : "wymagany termin wykonania zamówienia: do 20.12.2020 roku (dostawa ambulansu, faktury, protokołu odbioru oraz wszystkich załączników do protokołu m.in. dokument z przeszkolenia pracowników)", poprzez wykreślenie z listy faktury, potwierdzeniem wykonania umowy powinien być podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy, wystawienie faktury VAT jest tylko wystawieniem dokumentu księgowego potwierdzającego wykonanie umowy, faktura VAT wystawiana jest po podpisaniu protokołu-zdawczo odbiorczego, zwłaszcza, że możliwa jest sytuacja, że w planowany terminie nie dojdzie do podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48:

Prosimy zamawiającego o wykreślenie w rozdział 14 rękojmi jako kategorii oceny ofert, Zamawiający odnosząc się do kryterium oceny ofert omawia jedynie gwarancję, a nie rękojmię, tym samym wprowadzenie pojęcia rękojmi jest mylące dla stron i może wywoływać nieporozumienia dot. oceny ofert.

Odpowiedź:

Zapisy w SIWZ dotyczą gwarancji a nie rękojmi.

Pytanie 49:

Prosimy o jednoznaczne wskazania jak będzie punktowana i oceniana gwarancja zadeklarowana w ramach podkryterium b) Okres gwarancji zabudowa (G2). Z Rozdziału 14 pkt 4 b. SIWZ wynika, że Wykonawca może w tym kryterium zaoferować: "min. 24 m-ce, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki zabudowy. Punktacja: 24 miesiące - 0 pkt; 48 miesięcy i powyżej – 5 pkt", a z Formularza ofertowego, że : "Okres gwarancji zabudowa (G2) (36 lub 60 lub więcej)". Prosimy o usunięcie rozbieżności.

Odpowiedź:

Gwarancja będzie punktowana zgodnie z zapisami w SIWZ a nie w formularzu ofertowym.

Pytanie 50:

Prosimy o skorygowanie w Formularzu ofertowym (pkt 3) numeru załącznika z wzorem umowy z nr 7 na nr 9.

Odpowiedź:

Właściwa numeracja załączników zawiera SIWZ.

Pytanie 51:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów określonego w Załączniku nr 7 z 3 dni do 7 dni roboczych, gdyż podany termin jest bardzo krótki i z uwagi na np. przedłużone weekendy oraz święta może nie zostać spełniony przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednocześnie prosimy Zamawiającego aby uprawnienie do odstąpienia od umowy było uzależnione od wcześniejszego wyznaczenia dodatkowego terminu Wykonawcy na wykonanie zobowiązania tak, aby dać Wykonawcy możliwość wypełnienia zobowiązania zgodnie z umową, zwłaszcza w przy tak określonym rygorze oraz obecnej sytuacji epidemicznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52:

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie zapisów § 5 ust. 5 projektu umowy w następujący sposób:

- w przypadku naprawy pojazdu lub jego części, gwarancja odpowiednio dot. pojazdu lub jego części ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego Zamawiający nie mógł z pojazdu korzystać;
 - w przypadku wymiany pojazdu lub jego części, gwarancja biegnie od nowa od daty wymiany odpowiednio pojazdu lub dla wymiany jego części, w przypadku wymiany części nowy bieg gwarancji dot. wyłącznie wymienionej części;
- co pozwoli uniknąć jakichkolwiek wątpliwości przy interpretowaniu ww. postanowień;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Par 5 ust 5 otrzymuje brzmienie:

1. Termin obowiązywania gwarancji wynosi:

1) Okres gwarancji mechanicznej na pojazd – miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Gwarancja obejmuje wszystkie usterki pojazdu.

2) Okres gwarancji zabudowa – miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki zabudowy.

3) Okres gwarancji na lakier - miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie wady lakieru.

4) Gwarancja na nie korozyjność nadwozia – miesięcy

Ponadto:

a. w przypadku naprawy pojazdu lub jego części, gwarancja odpowiednio dot. pojazdu lub jego części ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego Zamawiający nie mógł z pojazdu korzystać;

b. w przypadku wymiany pojazdu lub jego części, gwarancja biegnie od nowa od daty wymiany odpowiednio pojazdu lub dla wymiany jego części, w przypadku wymiany części nowy bieg gwarancji dot. wyłącznie wymienionej części;

Pytanie 53:

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie § 4 ust. 1 projektu umowy, poprzez zastąpienie go zapisem: "Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne pojazdu. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności:

- a) jakąkolwiek niezgodność pojazdu z opisem przedmiotu zamówienia;
 - b) brak jakiejkolwiek części, podzespołu lub oprogramowania, którą zgodnie z ofertą Wykonawcy pojazd posiada;
 - c) brak, nie działanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności, którą zgodnie z ofertą Wykonawcy pojazd posiada;
 - d) uszkodzenie jakiejkolwiek części lub elementu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
- Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że na zasadach określonych w k.c. (art.559 k.c.) rękojmią objęte są wady fizyczne rzeczy które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

Prosimy zamawiającego o zmianę postanowienia określonego w § 4 ust. 3 projektu umowy: tj. „Okres do dochodzenia rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji”, zgodnie z przepisami k.c., w tym miejscu wskazujemy że okres rękojmi (2 lata), jest krótszy niż okres gwarancji zrównanie ww. okresów zwiększy cenę oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55:

Prosimy o wykreślenie z § 3 wzoru umowy zapisu: „ilat po ustaniu gwarancji”. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez okres wykraczający poza okres gwarancji . Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części

zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56:

Proszę o zmianę § 6 ust.1 projektu umowy długi pieniężne mają charakter oddawczy tym samym proszę o zmianę postanowienia i wskazanie że dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w § 5 ust. 3: „Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń dotyczących awarii bądź usterki pojazdu objętego niniejszą umową drogą elektroniczną na adres lub/oraz faksem na numer” Prosimy o wykreślenie faksu jako sposobu zgłaszania awarii bądź usterki faks nie jest powszechnie używaną formą komunikacji, a dla skutecznego zawiadomienia wystarczy forma e-maila;

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z umowy zapis dotyczący „faxu”.

Pytanie 58:

Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowienia § 7 ust. 2 projektu umowy: „W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie lub naprawie reklamacyjnej pojazdu, Zamawiający może żądać kary umownej za opóźnienie w wysokości 0,5 % ceny brutto, o której mowa w §1 pkt. 2, za każdy dzień (odpowiednio kalendarzowy lub roboczy) opóźnienia licząc od wyznaczonego terminu realizacji do ostatecznego przyjęcia pojazdu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, i obciążyć wykonawcę obowiązkiem zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 3”. Prosimy o zmianę postanowienia poprzez zmianę terminu opóźnienia na zwłokę. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności, jeżeli do niewykonania umowy w terminie doszło z przyczyn od niego niezależnych, jednocześnie aby nie budzić wątpliwości proszę wprowadzić zasady jakie dni (robocze czy kalendarzowe) będą liczone w konkretnym przypadku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59:

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna”

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażam zgodę na dodanie zapisów:

„Klauzula salwatoryjna”

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

Za wyjątkiem ustępu 3.

Pytanie 60:

Prosimy o wykreślenie postanowienia § 8 ust. 2 projektu umowy o treści: „Jeżeli po 30 dniach od pisemnego zgłoszenia sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego”. Wpisywanie ograniczeń terminowych jest niekorzystne dla stron.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: “W okresie gwarancji Wykonawca będzie sprawował serwis gwarancyjny bez dodatkowego wynagrodzenia oraz zapewnia wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych w roku”. Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczą przeglądy techniczne: auta bazowego, zabudowy czy sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Przeglądy techniczne dotyczą zarówno auta bazowego jak również zabudowy i sprzętu medycznego.

Pytanie 62:

Prosimy o zmniejszenie kary umownej naliczanej w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie lub naprawie reklamacyjnej pojazdu, z wysokości 0,5 % ceny brutto - na 0,1%, oraz naliczanie jej z zwłokę.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63:

Prosimy o wykreślenie w wzorze umowy §7 ust. 3 o treści: "W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto umowy, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 2)" .

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64:

W celu skalkulowania oferty proszę o wskazanie maksymalnej ilości osób biorących udział w szkoleniu, zamawiający w § 1 ust.3 lit, c) projektu umowy wskazał tylko minimalną ilość uczestników.

Odpowiedź:

W szkoleniu będzie brać udział maksymalnie 4 osoby.

Pytanie 65:

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający. Proponujemy dodanie wnioskowanego zapisu do projektu umowy i sekcji IV.5 ogłoszenia oraz nadanie mu następującego brzmienia:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- c) zmiany sposobu/terminów płatności;
- d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- e) zmiany numeru konta bankowego;
- f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- i) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66:

Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 10 pracowników
- b) od 10 do 50
- c) od 50 do 250
- d) powyżej 250

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67:

Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:

- a) mniej niż 8,5 mln
- b) od 8,5 mln do 42,5 mln
- c) od 42,5 mln do 212,5 mln
- d) powyżej 212,5 mln.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68:

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których

treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 70:

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośtańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o

Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie 71:

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679;
- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (UE) 2016/679;
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679;
- d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez

Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY

- podpis na oryginale –